



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021

PROCESSO Nº 908/2020

ID 857420

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SANTA FELICIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 08h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO

"Ref.: PE 019/2021, item 2 - "ELETROCARDIOGRAFO 12 derivações "

O descritivo técnico do item solicita que o eletrocardiógrafo possua:

" Laudo interpretativo baseado no código de Minnesota de classificação de arritmias". Desta forma, questionamos, serão aceitos equipamentos que oferecem laudo interpretativo pelo Algoritmo de Glasgow, considerando assim, tecnologia equivalente ou superior ao solicitado no descritivo?

O Algoritmo de Glasgow, desenvolvido para a análise de ECG de 12 derivações na Universidade de Glasgow é considerado um dos três principais algoritmos interpretativos de ECG em repouso no mundo, sendo desenvolvido e melhorado continuamente ao longo de 35 anos por uma equipe de pesquisadores de renome mundial."

RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE

"Boa tarde !!! Serão aceitos equipamentos que contemplem os laudos interpretativos, independentemente de onde é baseado."

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto C. Rossato
Autoridade Competente

Hicaro L. Alonso
Pregoeiro

Daniel M. Carvalho
Membro