

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREF MUNIC DE SAO CARLOS - DIVISAO DE COMPRAS - (SP)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO CARLOS / Nº Processo: 1774/2019)

às 09:36:46 horas do dia 02/07/2021 no endereço RUA EPISCOPAL-1575, bairro NUCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILA, da cidade de SAO CARLOS - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEANDRO ROSA FERREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1774/2019 - 2021/053/2021 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/07/2021 17:06:10:914	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 150.000,00
01/07/2021 16:15:48:725	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 144.000,00
01/07/2021 22:52:35:923	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	R\$ 120.999,66
01/07/2021 15:48:38:300	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED E	R\$ 120.999,00
01/07/2021 17:47:24:074	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 120.999,66
01/07/2021 13:48:24:633	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	R\$ 180.000,00
01/07/2021 10:44:19:715	MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP	R\$ 105.000,00
02/07/2021 09:12:55:250	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 360.000,00
01/07/2021 18:18:59:082	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	R\$ 120.999,66
29/06/2021 15:08:36:420	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 103.200,00
01/07/2021 17:39:24:610	HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT	R\$ 120.000,00
02/07/2021 07:34:09:914	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 182.000,00
01/07/2021 16:08:50:197	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 120.000,00

Lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/07/2021 16:15:48:725	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 48.000,00
01/07/2021 13:48:24:633	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	R\$ 60.000,00
02/07/2021 09:17:20:980	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 120.000,00
29/06/2021 15:08:36:420	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.400,00
01/07/2021 17:39:24:610	HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT	R\$ 40.000,00
01/07/2021 16:08:50:197	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 40.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/07/2021 10:01:05:203	HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT	R\$ 61.200,00
02/07/2021 09:48:45:023	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 61.275,00
02/07/2021 09:48:06:620	MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP	R\$ 64.500,00
02/07/2021 09:46:06:483	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	R\$ 74.395,01
02/07/2021 09:44:42:581	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 83.000,00
02/07/2021 09:41:00:019	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	R\$ 102.200,00
02/07/2021 09:38:42:931	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED E	R\$ 102.595,02
29/06/2021 15:08:36:420	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 103.200,00
02/07/2021 09:51:39:768	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 119.785,55
01/07/2021 16:08:50:197	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 120.000,00
02/07/2021 09:39:14:701	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 130.094,00
01/07/2021 13:48:24:633	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	R\$ 180.000,00

Lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/07/2021 09:59:03:243	HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT	R\$ 23.400,00
02/07/2021 09:58:30:474	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 23.695,00
02/07/2021 09:47:41:752	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 30.400,00
29/06/2021 15:08:36:420	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.400,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 02/07/2021, às 10:03:33 horas, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/08/2021, às 13:24:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 13:24:36 horas, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT. No dia 23/08/2021, às 15:18:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 15:18:27 horas, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 16/09/2021, às 11:24:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/09/2021, às 11:24:51 horas, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA.- EPP. No dia 23/09/2021, às 15:48:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2021, às 15:48:56 horas, no lote (1) -

DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. No dia 23/09/2021, às 15:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2021, às 15:59:55 horas, no lote (1) - DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA EPP. No dia 25/10/2021, às 11:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2021, às 11:21:29 horas, no lote (1) - DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA - ME. No dia 09/11/2021, às 15:17:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2021, às 15:17:49 horas, no lote (1) - DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED E. No dia 09/11/2021, às 15:21:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2021, às 15:21:45 horas, no lote (1) - DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 16/11/2021, às 10:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:28:08 horas, no lote (1) - DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 16/11/2021, às 10:42:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:42:47 horas, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 16/11/2021, às 10:54:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/11/2021, às 10:54:36 horas, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. No dia 16/11/2021, às 10:58:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 02/07/2021, às 10:03:29 horas, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 09/08/2021, às 13:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2021, às 13:24:58 horas, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT. No dia 23/08/2021, às 15:21:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 15:21:02 horas, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA EPP. No dia 16/09/2021, às 11:26:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/09/2021, às 11:26:36 horas, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 23/09/2021, às 15:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2021, às 15:49:05 horas, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 23/09/2021, às 15:55:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 02/07/2021, às 09:12:55 horas, o Pregoeiro da licitação - HICARO LEANDRO ALONSO - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da

desclassificação foi: Fornecedor desclassificado cf. item 5.3.4. Serão desclassificadas as propostas que contenham valor maior que o máximo estimado para o lote.

No dia 02/07/2021, às 09:17:20 horas, o Pregoeiro da licitação - HICARO LEANDRO ALONSO - desclassificou a proposta do fornecedor - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado cf. item 5.3.4. Serão desclassificadas as propostas que contenham valor maior que o máximo estimado para o lote.

No dia 09/08/2021, às 13:20:43 horas, a autoridade competente da licitação - FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS - substitui o Pregoeiro HICARO LEANDRO ALONSO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 09/08/2021, às 13:24:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, conforme Parecer desfavorável emitido pela Unidade Responsável - SMS-DGCH: "Não atende ao edital, pois conforme manual do fabricante o limite do IP é de 44 ou seja inferior ao composto no descritivo".

No dia 09/08/2021, às 13:24:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, conforme Parecer desfavorável emitido pela Unidade Responsável - SMS-DGCH: "Não atende ao edital, pois conforme manual do fabricante o limite do IP é de 44 ou seja inferior ao composto no descritivo".

No dia 23/08/2021, às 15:18:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL

AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, conforme Parecer desfavorável emitido pela Unidade Responsável: "O descritivo do edital cita máximo de 3,5 horas para carregar a bateria, nas informações técnicas fornecidas pelo fabricante o tempo p/ essa carga é de até 04 horas; dos joules no descrito do edital é limitado ao máximo de 200, nas informações técnicas do fabricante vai até 350 joules. Conclusão: o produto não atende ao edital".

No dia 23/08/2021, às 15:21:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. Convocado, declinou informando ter ofertado o mesmo produto já analisado anteriormente pela Unidade Responsável, com Parecer desfavorável. Dessa forma não apresentou proposta readequada.

No dia 16/09/2021, às 11:24:51 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado conforme Parecer Técnico desfavorável emitido pela Unidade Responsável (SMS-DGCH): "No edital reza IP48 ou superior, esse produto, segundo o manual em anexo é IPX4, portanto inferior ao solicitado no edital."

No dia 16/09/2021, às 11:26:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. Declinou da proposta por apresentar produto que já fora avaliado pela Unidade Responsável, com parecer desfavorável.

No dia 23/09/2021, às 15:48:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. O produto ofertado já foi analisado pela Unidade Responsável (SMS-DGCH) em momento anterior neste certame, com Parecer

desfavorável: "(O produto) Não atende ao edital, pois conforme manual do fabricante o limite do IP é de 44 ou seja inferior ao composto no descritivo".

No dia 23/09/2021, às 15:49:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. O produto ofertado já foi analisado pela Unidade Responsável (SMS-DGCH) em momento anterior neste certame, com Parecer desfavorável: "(O produto) Não atende ao edital, pois conforme manual do fabricante o limite do IP é de 44 ou seja inferior ao composto no descritivo".

No dia 23/09/2021, às 15:55:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, no lote (2) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA RESERVADA, DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS MEI. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, conforme item 5.3.4. do edital: "Serão desclassificadas as propostas que contenham valor unitário ou total maior que o máximo estimado para o lote". Apresentou proposta de R\$ 60.000,00, sendo o valor estimado do lote: R\$ 40.333,22.

No dia 23/09/2021, às 15:59:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. O produto ofertado já foi analisado pela Unidade Responsável (SMS-DGCH) em momento anterior neste certame, com Parecer desfavorável: "(O produto) Não atende ao edital, pois conforme manual do fabricante o limite do IP é de 44 ou seja inferior ao composto no descritivo".

No dia 25/10/2021, às 11:21:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, conforme Parecer desfavorável emitido pela Unidade Responsável (SMS-DGCH): "Vimos informar que, no edital, pede-se

equipamento com bateria de lítio até no máximo de 200 joules e IP mínimo de 48. O produto oferecido, segundo o manual, possui bateria de níquel e faz até 270 joules e tem IP de no máximo 44, portanto, não atende ao descritivo do edital.

No dia 09/11/2021, às 15:17:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED E, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. Convocado em 25/10/2021, não manifestou interesse ou apresentou proposta readequada, conforme item 8.8. do edital.

No dia 09/11/2021, às 15:21:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. O produto ofertado já foi analisado pela Unidade Responsável (SMS-DGCH) em momento anterior neste certame, com Parecer desfavorável: "(O produto) Não atende ao edital, pois conforme manual do fabricante o limite do IP é de 44 ou seja inferior ao composto no descritivo".

No dia 16/11/2021, às 10:28:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. Convocado em 09/11, declinou da proposta e não apresentou proposta readequada, conforme item 8.8. do edital.

No dia 16/11/2021, às 10:42:47 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (1) - DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado. O produto ofertado já foi analisado pela Unidade Responsável em momento anterior neste certame, com parecer desfavorável por não atender ao edital com relação ao tempo máximo para carregamento da bateria e limitação máxima de joules.

No dia 16/11/2021, às 10:54:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, no lote (1) -

DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Valor proposto acima do valor estimado para o lote, o que enseja a desclassificação conforme item 5.3.4. do edital: "Serão desclassificadas as propostas que contenham valor unitário ou total maior que o máximo estimado para o lote".

No dia 16/11/2021, às 10:58:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LEANDRO ROSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME, no lote (1) - DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Valor proposto acima do valor estimado para o lote, o que enseja a desclassificação conforme item 5.3.4. do edital: "Serão desclassificadas as propostas que contenham valor unitário ou total maior que o máximo estimado para o lote".

No dia 25/11/2021, às 16:20:58 horas, a autoridade competente da licitação - FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitação Fracassada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LEANDRO ROSA FERREIRA

Pregoeiro da disputa

FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS

Autoridade Competente

SILVANA DA SILVA ROSA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA EPP

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA - ME

03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

15.483.303/0001-80 COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LT

90.909.631/0001-10 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

02.357.251/0001-53 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED E

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA LTDA.-EPP

58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME