



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025

PROCESSO Nº 26065/2025

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE APARELHOS CPAP E BIPAP, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2025, às 08h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por **AIR LIQUIDE**, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO:

ANEXO V - TERMO REFERÊNCIA

Lote 2 - Item 1 - Locação equipamento Bipap - Menciona na Configuração: CPAP: 4 a 25cm H2O, sabemos que nenhum equipamento oferece essa modalidade nesta faixa de pressão, segue 02 manuais de equipamento ambos de marcas e fabricantes diferente no mercado que a configuração de Cpap é de 4 a 20cm H2O . Podemos considerar essa configuração de 04 á 20cm H2O?

Faixa de pressão IPAP prisma VENT30 prisma VENT30-C prisma VENT40 prisma VENT50 prisma VENT50-C Tolerância	4 hPa a 30 hPa 4 hPa a 30 hPa 4 hPa a 40 hPa 4 hPa a 50 hPa 4 hPa a 50 hPa $\pm 1,2$ hPa ($\pm 8\%$ do valor de ajuste)	
Faixa de pressão PEEP Tolerância	4 hPa a 25 hPa $\pm 1,2$ hPa ($\pm 8\%$ do valor de ajuste)	Sistema de fuga: 4 hPa a 25 hPa Sistema de válvula: 0 hPa a 25 hPa $\pm 1,2$ hPa ($\pm 8\%$ do valor de ajuste)
Faixa de pressão de operação CPAP Tolerância	4 hPa a 20 hPa $\pm 1,2$ hPa ($\pm 8\%$ do valor de ajuste)	
Incremento de pressão	0,2 hPa	
PLS mín. (pressão-limite mínima estável) Pressão mínima em caso de falha	0 hPa	
PLS máx. (pressão-limite máxima estável) Pressão máxima em caso de falha	≤ 60 hPa	
PWmax (pressão da terapia máxima) prisma VENT30	30 hPa controle de pressão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

Terapia

Parâmetro	Descrição	Modo					Faixa
		S	ST	T	CPA	iVAPS	CPAP
Modo	Define o modo de terapia disponível no dispositivo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pressão Def	Define a pressão de tratamento fixa.						✓
IPAP	Define a pressão a ser fornecida ao paciente quando o dispositivo é acionado na inspiração.	✓	✓	✓	✓		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

visto que tem inconsistências de descrição no Item para a configuração Cpap

	ITEM	ESPECIFICAÇÕES
LOTE 2	1	Locação equipamento BIPAP com no mínimo as seguintes especificações: Modo de ventilação: CPAP, espontânea (S), espontânea/controlada (S/T), controlada (T), controle de pressão (PC); Função AVAPS ou Similar; Configuração: IPAP - 4 a 30 cm h2O; EPAP - 4 a 25cm H2O CPAP: 4 a 25cm H2O frequência respiratória: 0 a 30bpm (PC e S/T) 4 a 30 BPM (T) tempo inspiratório: 0,5 a 3s tempo de elevação: 100 a 600 MS (1 a 6) rampa de ventilação: 0 a 45 min. Especificações elétricas: tensão CA: 110 a 240V, 50/60hz - tensão: CC: 12V/CC - máximo: 5,5°.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025



PREFEITURA MUNICIPAL

Equipe de Apoio ao Sistema Info

Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da 1

		Disponibilização e troca de todos os acessórios durante a vigência do contrato, devendo ser substituído pela empresa fornecedora sempre que necessário e em tempo não superior a 6 (seis) meses. Apresentar registro de todos os itens na ANVISA. Bateria externa: autonomia de 4 horas a um EPAP/IPAP de 4/20cm H2O e 12 BMP.; umidificador integrado ou acoplado ao equipamento e software para compliance: o encore pro e o smartcard encore podem ser conectados ao polígrafo stardus li.
--	--	--

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em atenção ao questionamento, estamos cientes da informação. Acreditamos que possa ter ocorrido um erro de digitação, dessa forma, sim, a empresa pode considerar a configuração de 04 a 20cm H2O como correta.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Carlos Ferro
Pregoeiro

Fernando Campos
Autoridade Competente

Suzy Queiroz
Membro