



Prefeitura Municipal de São Carlos

Departamento de Procedimentos Licitatórios

“São Carlos, Capital da Tecnologia”

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2018 PROCESSO Nº 1789/2018 RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2019, às 11h05, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa **E. TAMUSSINO E CIA LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 33.100.082/0002-86, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR)**.

Da síntese dos questionamentos do licitante:

* Onde se lê "_com 03 sensores de imagem CCD ou 01 CMOS" –Será aceito equipamento que possua 1 sensor de imagem com tecnologia CCD?

Mantendo as demais características relacionadas à resolução de imagem e sensibilidade mínima a luz de 3 lux.

* Onde de lê "_Com capacidade de controle dos _equipamentos pela cabeça da câmera_" - Será aceito equipamento que permita controle de outros equipamentos através de sistema de integração de sala?

* Onde se lê "_Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels_" - Será aceito equipamento com resolução de 1920 x 1080 pixels?

Tal resolução é totalmente compatível com a especificada na microcâmera ofertada, além de permitir aspecto de imagem 16:9, o mesmo da microcâmera.

Da resposta da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde:

Bom dia!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento:

Conforme descrito no termo de referência " *Os materiais deverão contemplar, minimamente, a descrição abaixo, podendo ser ofertados itens com tecnologia comprovadamente superior ao solicitado; As medidas solicitadas em cada item são aproximadas, podendo haver variações de +/-10%;* "

* Onde se lê "_com 03 sensores de imagem CCD ou 01 CMOS" - Será aceito equipamento que possua 1 sensor de imagem com tecnologia CCD?

Mantendo as demais características relacionadas à resolução de imagem e sensibilidade mínima a luz de 3 lux.

Convencionalmente, a imagem formada por 03 sensores CCD tem melhor resolução que a formada por chip único CCD.

Caso o fornecedor consiga comprovar com estudos a equivalência ou superioridade de qualidade das imagens geradas pelo sistema, será aceito.

* Onde de lê "_Com capacidade de controle dos equipamentos pela cabeça da câmera_" - Será aceito equipamento que permita controle de outros equipamentos através de sistema de integração de sala?

A fonte de luz deve ser controlável também pela cabeça da câmera, facilitando durante o procedimento.

* Onde se lê "_Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 24 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels_" - Será aceito equipamento com resolução de 1920 x 1080 pixels? Tal resolução é totalmente compatível com a especificada na microcâmera ofertada, além de permitir aspecto de imagem 16:9, o mesmo da microcâmera.

A diferença se enquadra na variação de 10% descrita.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente

Guilherme Romano Alves
Pregoeiro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro