



# Prefeitura Municipal de São Carlos

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

*Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico*

"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

PROCESSO Nº 7184/2020

ID 818400

## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE KITS DE DIAGNOSTICOS POR IMUNOENSAIOS PARA QUANTIFICAÇÃO ANTICORPOS ANTI-IgG – CONTRA SARS-COV-2 – EM ATENÇÃO AS PROVIDÊNCIAS PARA PANDEMIA – PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19.

No dia 08 (oito) do mês de junho do ano de 2020, às 09h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para proceder a análise dos Pedidos de Esclarecimentos enviado por e-mail ao Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações, pela empresa REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.334.701/0001-20 para o pregão em epígrafe.

### QUESTIONAMENTO

*Analisando o ANEXO VI – Descrição do Produto, “Kits de diagnostico por imunoenaios para quantificação de anticorpos anti-IgG contra SARS-CoV-2. Cada lit contém 96 testes” perguntamos:*

*Será aceita por essa respeitosa Coordenação, para atender o item, kits que detectem igG+IgM e com apresentação de 480 testes?”*

### RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL

*“BOA TARDE,*

*Venho por meio deste, informar que não há a possibilidade de recebermos esses kits com apresentação de 480 testes devido ao equipamento que será utilizado para análise das amostras para a realização do inquérito, que no caso é o Espectrofotômetro para leitura de placa com 96 poços que fazem a leitura da absorbância de reações enzimáticas.*

*Att,”*

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto C. Rossato  
*Autoridade Competente*

Hicaro L. Alonso  
*Pregoeiro*

Fernando J. Campos  
*Membro*