



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024

PROCESSO Nº 33454/2023

ERRATA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

No edital do certame em epígrafe, **onde se lê:**

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP – ITEM 7 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
17	FOCO DE LUZ PARA EXAMES GINECOLÓGICOS: Com espelho móvel. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Altura variável entre 100 a 150 cm. Base do pedestal com 4 rodízios. Alimentação elétrica Bivolt. Lâmpada de LED (luz fria e branca). Certificado INMETRO.	20

Leia-se:

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP – ITEM 7 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
17	FOCO DE LUZ PARA EXAMES GINECOLÓGICOS: Com espelho móvel. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Altura variável entre 100 a 150 cm. Base do pedestal com 4 rodízios. Alimentação elétrica Bivolt. Lâmpada de LED (luz fria e branca). Certificado ANVISA.	20

E onde se lê:

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRITIVO

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
17	FOCO DE LUZ PARA EXAMES GINECOLÓGICOS: Com espelho móvel. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Altura variável entre 100 a 150 cm. Base do pedestal com 4 rodízios. Alimentação elétrica Bivolt. Lâmpada de LED (luz fria e branca). Certificado INMETRO.	20

Leia-se:

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRITIVO

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
17	FOCO DE LUZ PARA EXAMES GINECOLÓGICOS: Com espelho móvel. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Altura variável entre 100 a 150 cm. Base do pedestal com 4 rodízios. Alimentação elétrica Bivolt. Lâmpada de LED (luz fria e branca). Certificado ANVISA.	20

Ficam ratificados os demais itens não conflitantes com este.

São Carlos, 11 de junho de 2024

Mariana Biondo
Pregoeira