



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

PROCESSO Nº 1774/2019

ID 857420

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2021, às 11h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO

"Ref.: PE 053/2021 - LOTE 1, ITEM 1: "DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARAMETRO UNIVERSAL - NBP"

Para o equipamento é requisitado índice de proteção IP48. Com isso, questionamos, equipamentos que possuem índice de proteção IPX4 serão aceitos? Uma vez que tal característica não interfere no funcionamento do mesmo.

Aguardo um retorno".

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL

"Não serão aceitos equipamentos com índice de proteção inferior ao solicitado, no caso IPX4 não será aceito"

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando J. A. Campos
Autoridade Competente

Leandro R. Ferreira
Pregoeiro

Leonardo C. Rodrigues
Membro