



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

PROCESSO Nº 1774/2019

ID 878993

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PARÂMETRO UNIVERSAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2021, às 09h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO

Por gentileza nos esclarecer alguns pontos do edital:

* **LOTE 01 - DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR/ MONITOR COM OXIMETRIA E COM MONITOR DE PAREMETRO UNIVERSAL – NBP**

Edital reza no lote 1 : IP 48

será ACEITO IP 54?

* **PRAZO DE ENTREGA:**

CASO VENCEDOR, SERÁ ACEITO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA?

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Sim será aceito o IP54 e o prazo de entrega será prorrogado para 30 dias.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando J. A. Campos
Autoridade Competente

Hicaro L. Alonso
Pregoeiro

Daniel M. de Carvalho
Membro