



Prefeitura Municipal de São Carlos

Capital da Tecnologia

Secretaria Municipal da Saúde

Unidade de Pronto Atendimento

Dr. Samuel Valentie de Oliveira

UPA
24h

PARECER TÉCNICO

À

Divisão de Apoio aos Procedimentos Licitatórios - DAPL

Referência (Pregão): 027/2018

Processo Nº: 188/2018

Objetivo: Camas Hospitalares

Em atenção ao recurso apresentado pela empresa HOSPI BIO, assim segue:

O produto apresentado em catálogo junto com sua descrição anexo ao processo atende às especificações no que tange possuir colchões, rodízio de 4", freios diagonal, grades laterais em ABS injetado.

Em nova pesquisa verificamos a dissonância entre o produto apresentado em catálogo em que a imagem indica o produto correto, com o produto registrado na ANVISA nomeado CAMA FAWLER MECÂNICA UTI – 5176.

O produto CAMA FAWLER MECÂNICA UTI – 5176, registrado na ANVISA, não possui colchão e as grades laterais não são em ABS injetado.

Em consulta à ANVISA, confirmamos, também, que a empresa VITORIA LICITAÇÕES COMERCIO EIRELI não possui Autorização de Funcionamento Especial (AFE).

Diante do exposto, anuímos deferindo o recurso apresentado.

São Carlos, 20 de Agosto de 2018.

Estevam C. B. Leal

Supervisor de Unidade de Pronto Atendimento
Relator do Parecer Técnico

Fausto R. Sposito

Diretor do Departamento de Gestão
e Cuidados hospitalares

Marcos A. Palermo

Secretário Municipal de Saúde
Secretário da Pasta

S. 100.038 DAPL/22 20/08/2018 17:00:0005390

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS