



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES**  
*Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico*  
*São Carlos, Capital da Tecnologia*

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021**

**PROCESSO Nº 575/2021-SMS**

**ID 896002**

**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO CUIDADO AMBULATORIAL - LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTAS PARA LICITANTES ENQUADRADAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E 151/16..

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 09h05, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **THOR LICITACOES** referente à licitação em epígrafe.

**QUESTIONAMENTOS:**

*"Gostaria de um esclarecimento da equipe técnica em relação ao ITEM 16- REGUA DE GASES MEDICINAIS – 5 PONTOS*

*No termo de referência está descrito 5 PONTOS - COM REGULADORES, estes reguladores são somente os bicos de saída da régua, ou é a válvula com manômetro de pressão?*

*Anexo projeto do modelo que forneço conforme termo de referência, poderia verificar com a equipe se é este item?."*

**RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**

Em resposta, a regua de gases medicinais 5 PONTOS - COM REGULADORES, conforme consta em edital, é com os os respectivos reguladores (válvulas com manômetro de pressão). Um para cada bico de saída.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando J. A. Campos  
*Autoridade Competente*

Leandro R. Ferreira  
*Pregoeiro*

Silvana S. Rosa  
*Membro*