



Prefeitura Municipal de São Carlos

Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios

“São Carlos, Capital da Tecnologia”

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2018
PROCESSO Nº 1396/2018
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 09h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa **BAUMER S/A**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 61.374.161/0001-30, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORA PARA USO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO**.

Da síntese do questionamento do licitante:

Agradecemos a pronta resposta referente ao nosso pedido de esclarecimento e aproveitamos a oportunidade de colocar que o equipamento(Autoclaves) tem a necessidade de ter :

(01) carro interno (para carga) ou seja um RACK

(02) carros externos(NECESSÁRIO) sendo (01) que ficará do lado não estéril e outro do lado estéril , que transporta o Rack para dentro da câmara do equipamento

Portanto pedimos rever o que pede o Edital, pois caso mantido, somente terão um carro para o rack processado com os devidos cestos o que certamente dificultará a descarga do rack caso haja a falta do carro na descarga .

Das respostas da Unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde:

O carro interno para carga é o carro de transporte do lado não estéril e o carro para descarga, o do lado estéril. Isso já foi respondido, inclusive para a mesma empresa.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente

Guilherme Romano Alves
Pregoeiro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro