



Prefeitura Municipal de São Carlos

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de apoio ao Pregão Eletrônico

"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2019

PROCESSO Nº 1292/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE E ATADURA DE CREPE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos 07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2019, às 17h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail ao Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP.EIRELI para o pregão em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS

SENHORES, BOM DIA.

SOLICITO POR GENTILEZA, ESCLARECIMENTO QUANTO AO DESCRITIVO DOS ITENS ABAIXO:

LOTE 001- COTA PRINCIPAL

LOTE 003- COTA RESERVADA

O DESCRITIVO DO EDITAL, SOLICITA QUE A COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, SEJA DE ACORDO COM A NORMA NBR 13843, POREM NÃO ESPECIFICA NO DESCRITIVO QUE A COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 (FECHADA), 15X30 (ABERTA), PESO DE 1GR POR UNIDADE. DE CERTA FORMA , PODE-SE OFERTAR COMPRESSA DE GAZE DE QUALIDADE INFERIOR, POIS EXISTE MUITAS COMPRESSAS COM MEDIDAS DE 15X26 (ABERTA), OU AINDA MENORES, DESFAVORECENDO FORNECEDORES QUE OFERTAM A COMPRESSA RESTRITAMENTE CONFORME A NORMA NBR 13843 (15X30 ABERTA), COM PESO DE 1GR A UNIDADE.

LOTE 002- COTA PRINCIPAL

LOTE 004- COTA RESERVADA.

O DESCRITIVO DO EDITAL, SOLICITA QUE A ATADURA DE CREPE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A NBR 14056, INDICANDO O PESO POR UNIDADE.

ITEM 1- ATADURA DE CREPE 6CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 8,82 GRS P/UNIDADE

ITEM 2- ATADURA DE CREPE 10CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 8,82 GRS P/UNIDADE

ITEM 3- ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 8,82 GRS P/UNIDADE

ITEM 4- ATADURA DE CREPE 20CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 8,82 GRS P/UNIDADE

PODE-SE VERIFICAR QUE A INDICAÇÃO DO PESO POR UNIDADE FOI COLOCADO EM TODOS OS ITENS, OS MESMOS PESOS, PORTANTO, O PESO CORRETO SERIA.

ITEM 1- ATADURA DE CREPE 6CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 8,82 GRS P/UNIDADE

ITEM 2- ATADURA DE CREPE 10CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 21,8 GRS P/UNIDADE

ITEM 3- ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 32,7 GRS P/UNIDADE

ITEM 4- ATADURA DE CREPE 20CMX1,8M EM REPOUSO-, PESO 42,8 GRS P/UNIDADE

A DIFERENÇA DE PESO É CONSIDERAVEL, E ACREDITAMOS SE O EDITAL NÃO FOR RETIFICADO, PODE OCORRER DE PARTICIPANTES ESTAREM PARTICIPANDO COM ATADURAS DE CREPE DE QUALIDADE INFERIOR, UTILIZANDO-SE DO ARTIFICIO DE QUE OS PESOS INDICADOS EM EDITAL ESTÃO ERRADOS, DESFAVORECENDO FORNECEDORES QUE ESTEJAM COTANDO O MATERIAL CORRETO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14056.



Prefeitura Municipal de São Carlos

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de apoio ao Pregão Eletrônico

"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

AGUARDAMOS BREVE PARECER A RESPEITO, PARA QUE POSSAMOS ELABORAR NOSSA PROPOSTA E CUSTOS COM O PRODUTO CORRETO.

RESPOSTA SEGUNDO UNIDADE RESPONSÁVEL

Analisei o questionamento e está fundamentado.

Efetuei as alterações na planilha descritiva e solicito que readeque Edital e republique.

Não inclui a sugestão de acrescentar peso nas compressas de gaze, de 1 grama, pois não temos balança com precisão para realizar a conferência na análise de amostras. Entendo que com as alterações em tamanhos das compressas fechada e aberta, readequa conforme a Norma da ABNT 13843.

Anexa planilha com memorial descritivo.

Desculpe pelo transtorno e a disposição para outras informações.

Desta forma este pregão fica suspenso, para readequação do edital. A nova data e horário serão publicados nos termos da legislação vigente. Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto C. Rossato
Autoridade Competente

Guilherme Romano Alves
Pregoeiro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro