



# Prefeitura Municipal de São Carlos

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

*Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico*

"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

---

## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2019

PROCESSO Nº 1387/2019

### OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de 2019, às 10h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail ao Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa **AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** para o pregão em epígrafe.

### SÍNTESE DO QUESTIONAMENTO

Item - Equipamento Raios-X Móvel Digital Esclarecimento 1: Com relação, com faixas mínimas entre 5 e 125kV: Solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de considerar 40 a 125kV.

### RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO / SMS

Bom dia!

Informo que houve um erro de digitação, a faixa mínima de kV a ser considerada é de 45 a 125kV.

Destaco que tal erro não altera as propostas, uma vez que não há no mercado equipamentos com faixa de 5 a 125kV e os equipamentos orçados possuem faixas de kV de 40 e de 125kV, 40 a 133kV.

Se possível, fazer uma errata com tal correção.

Atenciosamente,

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

**Roberto C. Rossato**  
Autoridade Competente

**Guilherme Romano Alves**  
Pregoeiro

**Fernando Jesus Alves de Campos**  
Membro