



# Prefeitura Municipal de São Carlos

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

*Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico*

"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

---

## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2019

PROCESSO Nº 1387/2019

### OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2019, às 10h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail ao Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa **COLDLAB INDUSTRIA, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA** para o pregão em epígrafe.

### SÍNTESE DO QUESTIONAMENTO

Gostaria de um esclarecimento em relação ao PE 092.2019 - Prefeitura Municipal de São Carlos - SP, por gentileza, caso a empresa for vencedora do certame, serão necessários realizar o reconhecimento das assinaturas em cartório das declarações e da proposta de preços?

1- A calibração do item 26 é rastreável?

2- Qualificação térmica poderá ser realizada na fábrica ou será obrigatória a realização na Prefeitura Municipal de São Carlos - SP?

### RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO / SMS

Bom dia!

Qualificação térmica deve ser realizada no local de instalação;

Calibração deve ser rastreável.

### RESPOSTA SEGUNDO A EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO ELETRÔNICO

Quanto as declarações e propostas deverá ser observado o disposto no item 9.1.1 do edital.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

**Roberto C. Rossato**  
Autoridade Competente

**Guilherme Romano Alves**  
Pregoeiro

**Fernando Jesus Alves de Campos**  
Membro