



Prefeitura Municipal de São Carlos

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações
"São Carlos, Capital da Tecnologia"

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/2018
PROCESSO N.º 256/2017

ERRATA

No edital do Pregão Eletrônico 108/2018, na página 32, descrição do cardioversor, publicado no dia 29/10/2018:

ONDE SE LÊ:

Apresentar possibilidade de upgrade, com instalação de módulo de ETCO2 e módulo de pressão invasiva;

LEIA-SE:

Apresentar possibilidade de upgrade, com instalação de módulo de ETCO2 e módulo de pressão **NÃO** invasiva;

A unidade reforça ainda que a funcionalidade constante da frase incorreta não existe para os equipamentos cotados, portanto não haveria possibilidade dos licitantes alterarem suas propostas diante da correção requerida;

São Carlos, 05 de novembro de 2018

Assinado na via original
GUILHERME ROMANO ALVES
PREGOEIRO