

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES PREGÃO  
ELETRÔNICO**

**PREGÃO ELETRÔNICO 106/2018  
PROCESSO 671/2017**

**CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO MÁQUINA UNITARIZADORA**

OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, estabelecida à Rua Humberto Perla, 60, na cidade de Louveira /SP CEP: 13290-000, inscrita no CNPJ .n.º 10.780.790/0001-29, diante das alegações interposta pela RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde segue nossas contrarrazões:

Sr. Pregoeiro é nitida e palpável a intenção da empresa Sisnacmed Produtos para Saúde em tumultuar o processo licitatório supra, a RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde participou do mesmo processo licitatório, lançou proposta e teve oportunidade de dar lance para o item, e não o fez.

A empresa RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde fez vários questionamentos infundados sobre o preço ofertado, sendo que o valor ofertado pela RECORRENTE empresa Sisnacmed Produtos para Saúde é muito superior ao valor ofertado pela empresa OPUSPAC.

Fica nítido que não existe a intenção da empresa Sisnacmed em se sagrar vencedora do presente processo, e sim a intenção de tumultuar o certame e protelar o processo com recursos, a fim de induzir esta comissão a perda de prazo de ano orçamentário.



Segue resposta com contrarrazões na ordem disposta no recurso da RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde.

## DA PROPOSTA

Sr. Pregoeiro, a proposta negociado a pedido do Sr. Pregoeiro de R\$ 190.000,00 foi devidamente encaminhada tempestivamente para Prefeitura Municipal de São Carlos e recebida pela Sra. Juliana.

A ausência da proposta negociada de R\$ 190.000,00 deve ser atribuída a protocolo interno de recebimento de correspondência e trâmite interno até o departamento de licitações.

## DOS PREÇOS PRATICADOS

Sobre os preços praticados por nossa empresa é o padrão de mercado, lembrando que os valores praticados são composto módulos de equipamentos softwares acessórios e serviços, equipamentos automático ou semi-automático, ou ainda automático e semiautomático e Manual, variando versão de fabricação e compatibilidade com outros sistemas, ano de fabricação, acessórios, quantidade de insumos (embalagens) que acompanham o equipamento, assim como sua compatibilidade modular de integração com sistema de corte de blister, os preços são compostos também por softwares e suas funcionalidades e módulos, e na mesma equação ainda existe os serviços, com a complexidade particular de cada cliente, como localização, frete, assistência técnica, deslocamento de técnico, seguro, treinamento, certificação de treinamento, integração interfaceamento, treinamento de operadores, treinamento de farmacêuticos, treinamento da equipe de engenharia.



3/7

Se a empresa RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde alega em seu recurso administrativo que esta instituição ficaria comprometida por adquirir um equipamento pelo preço ofertado, porque, em sua proposta ofertada para o certame a empresa RECORRENTE não apresentou lance na disputa de preços com valor menor, como a empresa RECORRENTE pode atacar a empresa OPUSPAC e está idônea Comissão de Licitação com alegações infundadas, se o preço do próprio equipamento ofertado é superior, sendo assim fica nítida que não há boa fé nas alegações, fica obscuro a intenção da empresa RECORRENTE, não existe a intenção da RECORRENTE em ser habilitada e sim e provocar o cancelamento do certame.

O edital solicita garantia de 36 meses com reposição total de peças e serviços, o custo de anuidade de garantia com reposição de peças é de R\$ 14.000,00 por ano totalizando R\$56.000 somente de cobertura de garantia total.

Se esta comissão de licitação suprimir do valor ofertado de R\$ 190.000,00 os valores de garantia, confirmará que o objeto está sendo adquirido muito abaixo do valor normal de mercado.

## DA VELOCIDADE

O Sistema automático possui opção de regulagem de operação de 1.800 a 2.430 ou até 2600 unidades por hora, atingindo velocidade de até 2.430 unidades por hora ou 40,5 por minuto atendendo a necessidade desta instituição, a opção e variação de regulagem de velocidade é necessária para trazer mais segurança ao medicamento maiores e de alto custo, pois cada medicamento possui tamanho e pesos diferentes, sendo necessário trabalhar em velocidades reduzidas em alguns tipos de medicamentos, trazendo segurança ao processo, sendo assim a opção de variação velocidade é para benefício e comodidade.



Health Group Oriented to Patient Safety

Rua Brasilpinho 281  
Kobrasol, São José - SC, Brasil  
CEP 88102300

Fone +55 (48) 3047 4007  
Celular +55 (48) 99931 1598  
licitacaoopuspac@gmail.com

www.opuspac.com.br  
blog.opuspac.com.br  
/opuspac  
@opuspac  
in/company/opuspac

Podemos usar como exemplo o sistema semi-automático que pode atingir velocidades de até 3200 unidades por hora ou 53,33 unidades por minuto, mais o equipamento é ajustado para trabalhar em 2500 ou 2600 unidade por hora ou 41,6 e 43,3 unidades por minuto, sendo assim o equipamento é ajustado e calibrado para operação com margem de segurança, que pode variar dependendo da necessidade e tamanho do medicamento e seu conteúdo e peso, sendo necessário trabalhar em velocidades reduzidas em alguns tipos de medicamentos, trazendo segurança ao processo, sendo assim a opção de variação velocidade é para benefício e comodidade.

## DAS AMOSTRAS

As amostras foram devidamente despachadas e recebidas por esta comissão de forma tempestiva, o parecer de avaliação deve estar em trâmite interno.

## DAS ALEGAÇÕES SOBRE OS LAUDOS

Sr. Pregoeiro, primeiramente gostaríamos de esclarecer o significado da palavra “Laudo”

### Laudo

#### *substantivo masculino*

1. Texto contendo parecer técnico (de médico, engenheiro etc.).

<https://www.google.com/search?q=LAUDO&oq=LAUDO&aqs=chrome..69i57j69i61j0j69i61l2j0.2103j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Sr. Pregoeiro, com o significado da palavra laudo devidamente esclarecido, gostaríamos de dar seguimento nos documentos que foram apresentados.



Health Group Oriented to Patient Safety

Rua Brasilpinho 281  
Kobrasol, São José - SC, Brasil  
CEP 88102300

Fone +55 (48) 3047 4007  
Celular +55 (48) 99931 1598  
licitacaopuspac@gmail.com

www.opuspac.com.br  
blog.opuspac.com.br  
/opuspac  
@opuspac  
in/company/opuspac

Foram enviados a esta instituição:

Laudo Técnico de Nível Sonoro contendo 11 páginas, assinado por engenheiro de segurança do trabalho Walter Luis Nucci CREA 0600717082 acompanhando de ART (anotação de responsabilidade técnica) e certificado de calibração de acordo com a legislação vigente.

Laudo de ensaio comprovando a compatibilidade eletromagnética NBR IEC 61000-4-2 emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisa e Tecnologia) Laboratório de Equipamentos Elétricos e Óticos credenciado pelo INMETRO , assinado pelo Engenheiro Eletricista Marcelo Sanches Dias NRE 8930 e assinado também pelo Engenheiro Eletricista Dr. Mário Leite Pereira Filho, de acordo com a legislação vigente.

Laudo técnico comprovando o atendimento a NR12 emitido por empresa de segurança do trabalho sem vínculo com a fabricante, Walter Luis Nucci CREA 0600717082 acompanhando de ART ( anotação de responsabilidade técnica).

Gostaríamos de esclarecer ainda:

Todos os documentos Laudo apresentados são de empresa independentes, sem nenhum vínculo com a fabricante.

Os engenheiros que assinam os laudo não possui nenhum vínculo com a fabricante OPUSPAC.

Todos os laudo são gerados a partir de um relatório de ensaio, ao término dos ensaio são emitido o laudo de conclusão, assinados pelo engenheiro técnico responsável.



Todos os laudos apresentados estão de acordo com a legislação vigente e podem ser verificado sua veracidade junto a empresa emissora, conforme telefones de contatos disponíveis nos próprios documentos.

### ALEGAÇÕES ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA REDE D'OR

As alegações da empresa da RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde, sobre a legalidade do atestado de capacidade técnica apresentado da REDE D'OR, são no mínimo infundadas e levianas, mesmo que as alegações fantasiosas da RECORRENTE contivessem fundo de verdade, o fato da empresa RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde estar atualmente negociando com a mesma instituição REDE D'OR, não invalidaria o fato do fornecimento ter ocorrido e também não invalida o atestado de capacidade técnica emitido pela Rede D'OR, além da comprovação do fornecimento dos equipamentos, o atestado ainda informa a quantidade elevada de embalagem que foi fornecida para uma instituição privada, o elevado consumo de embalagem disposto no atestado, traz enorme insegurança jurídica e operacional a Prefeitura Municipal de São Carlos, pois a quantidade de embalagem consumida pela Rede D'OR serve de capacitação técnica comprovada não só do fornecimento mais da funcionalidade efetiva dos equipamentos da marca OPUSPAC por vários anos.

A empresa RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde alega que estar em início de processo de negociação com a REDE D'OR, confirmando em sua peça de recurso que houve o fornecimento da empresa OPUSPAC, sendo assim não há o que ser questionado já que a própria RECORRENTE Sisnamed Produtos para Saúde confirma o vínculo passado e atual da empresa OPUSPAC com a Instituição REDE D'OR.

O número das notas fiscais que geraram o atestado de capacidade técnica estão disposta no corpo do atestado de capacidade técnica.



7/7

A Instituição REDE D'OR é uma empresa conceituada e séria e segue normas rígidas e nunca colabora para qualquer tipo de ilegalidade jurídica, conforme sugerido pela empresa RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde

Diante das devidas contrarrazões apresentadas, que combatem alegações contidas na peça de recurso administrativo apresentadas pela RECORRENTE Sisnacmed Produtos para Saúde , solicitamos que seja mantida a classificação da empresa OPUSPAC no presente certame.

São José 13, de dezembro, de 2018.

OPUSPAC IND. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS

Henrique Klein Neto - Procurador / Representante

Rua Humberto Pela ,68 - CEP: 13290-000, Louveira, SP

CNPJ: 10.780.790/0001-29

[licitacaoopuspac@gmail.com](mailto:licitacaoopuspac@gmail.com)

(48) 9931-1598



Health Group Oriented to Patient Safety

Rua Brasilpinho 281  
Kobrasol, São José - SC, Brasil  
CEP 88102300

Fone +55 (48) 3047 4007  
Celular +55 (48) 99931 1598  
[licitacaoopuspac@gmail.com](mailto:licitacaoopuspac@gmail.com)

[www.opuspac.com.br](http://www.opuspac.com.br)  
[blog.opuspac.com.br](http://blog.opuspac.com.br)  
/opuspac  
@opuspac  
/company/opuspac